



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**FR.C.34.004.A № 51168**

**Срок действия до 24 июня 2018 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Измерители электрической мощности PEL 102, PEL 103, PX 110, PX 120**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Фирма "Chauvin-Arnoux", Франция**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **53871-13**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

**МП 53871-13**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **2 года**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **24 июня 2013 г. № 610**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

  
Ф.В.Бульгин



"08" 07 2013 г.

Серия СИ

№ 010241

**Срок действия до 23 апреля 2023 г.**

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **23 апреля 2018 г. № 784**

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2018 г.